

Số: 142/TMBG-TTYT

Vũ Quang, ngày 05 tháng 05 năm 2026

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các nhà thầu có đủ năng lực cung ứng hàng hóa.**

Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Vũ Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Mua sắm trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Vũ Quang;  
Địa chỉ: Thôn 5, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Người tiếp nhận báo giá: Ông Nguyễn Tiến Thực;
  - Chức vụ: Trưởng khoa Dược - TTB - VTYT;
  - Số điện thoại: 0948332084;
  - Email: khoaduocbvq@gmail.com;
  - Địa chỉ: Thôn 5, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
- Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp hoặc Email.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Thời hạn tiếp nhận báo giá đến trước 17h00' ngày 18 tháng 05 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- 2.1. Các giấy tờ yêu cầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế.

- Báo giá trang thiết bị cung cấp: Cung cấp toàn bộ tính năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị, đáp ứng tối thiểu yêu cầu đã được đưa ra (Theo phụ lục kèm theo).

- Catalog sản phẩm, cấu hình tính năng kỹ thuật, phụ kiện đi kèm.

- 2.2 Danh mục hàng hoá:

STT	Danh mục hàng hoá	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả chi tiết	Địa điểm thực hiện	Ghi chú
-----	-------------------	------------	-------------	----------------	--------------------	---------

1	Máy theo dõi sản khoa	01	Máy	Theo phụ lục kèm theo	Trung tâm Y tế Vũ Quang; Địa chỉ: thôn 5, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh	Các đơn vị báo giá trang thiết bị tương đương hoặc cao hơn yêu cầu của đơn vị
<b>Tổng: 01 khoản</b>						

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website của đơn vị;
- Lưu: VT, KD.



**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Toại**

## **YÊU CẦU CHUNG**

### **Máy theo dõi sản khoa (Monitor sản khoa)**

#### ***I. Thông tin chung:***

Thiết bị mới 100%. Sản xuất năm 2025 trở về sau.

Sử dụng được với nguồn điện 220V-240V

#### ***II. Cấu hình tối thiểu:***

Máy chính: 01 máy, kèm Hướng dẫn sử dụng (tiếng Việt);

Xe đẩy và phụ kiện kèm theo gồm:

- Cảm biến siêu âm:  $\geq 01$  cái;
- Cảm biến đo cơn gò tử cung: 01 cái;
- Máy in nhiệt: 01 cái;
- Gel siêu âm, giấy in nhiệt: phục vụ thử máy;

#### ***III. Yêu cầu chi tiết chức năng tối thiểu cần đáp ứng:***

- Chức năng theo dõi tim thai của thai nhi;
- Chức năng theo dõi cơn gò tử cung;
- Chức năng in giấy điện tim.