

Số: 203/TMBG-TTYT

Vũ Quang, ngày 10 tháng 06 năm 2026

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các nhà thầu có đủ năng lực cung ứng hàng hóa.**

Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Vũ Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Mua sắm trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Vũ Quang;

Địa chỉ: Thôn 5, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Người tiếp nhận báo giá: Ông Nguyễn Tiến Thực;

- Chức vụ: Trưởng khoa Dược - TTB - VTYT;

- Số điện thoại: 0948332084;

- Email: khoaduocbvqq@gmail.com;

- Địa chỉ: Thôn 5, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp hoặc Email.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Thời hạn tiếp nhận báo giá đến trước 17h00' ngày 18 tháng 06 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

2.1. Các giấy tờ yêu cầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế.

- Báo giá trang thiết bị cung cấp: Cung cấp toàn bộ tính năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị, đáp ứng tối thiểu yêu cầu đã được đưa ra (*Theo phụ lục kèm theo*).

- Catalog sản phẩm, cấu hình tính năng kỹ thuật, phụ kiện đi kèm.

2.2 Danh mục hàng hoá:

STT	Danh mục hàng hoá	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả chi tiết	Địa điểm thực hiện	Ghi chú
-----	-------------------	------------	-------------	----------------	--------------------	---------

1	Máy xét nghiệm nước tiêu 11 thông số	01	Máy	Theo phụ lục kèm theo	Trung tâm Y tế Vũ Quang; Địa chỉ: thôn 5, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh	Các đơn vị báo giá trang thiết bị tương đương hoặc cao hơn yêu cầu của đơn vị
<b>Tổng: 01 khoản</b>						

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website của đơn vị;
- Lưu: VT, KD.



**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Toại**

## **YÊU CẦU CHUNG**

### **Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số**

#### ***I. Thông tin chung:***

Thiết bị mới 100%. Sản xuất năm 2025 trở về sau.

Sử dụng được với nguồn điện 220V-240V.

#### ***II. Cấu hình tối thiểu:***

Máy chính: 01 máy;

Các phụ kiện kết nối;

Hướng dẫn sử dụng (tiếng Việt).

#### ***III. Yêu cầu chi tiết chức năng tối thiểu cần đáp ứng:***

- Phương pháp đo: Quang phổ kế phản xạ.

- Bước sóng: 460nm, 550nm, 650nm.

- Công suất: 300 mẫu/giờ.

- Lưu trữ dữ liệu: 20.000 mẫu bệnh nhân.

- Que tương thích: CYBOW 11.

- Máy in: Máy in nhiệt tích hợp sẵn.

- Kết nối máy tính: Có cổng RS232C.

- Nhiệt độ làm việc: 2-30 độ C

- Độ ẩm: 10-70%